

Llave de prueba de calibración a 158°F

HI 765158F



Descripción

Llave de prueba para termómetros que usan sondas HI 765.

Para medidas que sean confiables, los termómetros deben de ser calibrados periódicamente.

Las llaves de prueba HANNA ofrecen una forma rápida y simple de revisar la precisión de sus instrumentos.

Conecte la llave a la entrada de la sonda. Si la lectura en la pantalla difiere más que 0.4°C (0.8°F) del índice del valor de la llave, su termómetro debe ser recalibrado en nuestro centro técnico de servicio.

Para verificación periódica de la calibración de su termómetro, es recomendable revisar por lo menos dos puntos. Escoja las llaves de prueba con los valores nominales más cerca a la temperatura usualmente medida.

Especificaciones

No Especifica

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica