

## Fotómetro Multiparámetro para Acondicionamiento de Agua y Medidor de pH

HI 83308



## Descripción

El fotómetro multiparámetro compacto HI83308, se utiliza para el acondicionamiento del agua. El medidor es uno de los fotómetros más avanzados que se encuentran disponibles en el mercado. Posee un diseño óptico innovador que utiliza un detector referencial y un lente de enfoque, que elimina los errores que ocurren debido a los cambios en la fuente lumínica y por los defectos en la cubeta de vidrio. Este medidor cuenta con 23 métodos programados diferentes que miden 15 parámetros fundamentales sobre la calidad del agua, también ofrece un modo de medición de la absorbancia para verificar el desempeño de la lectura, y una opción para los usuarios que desarrollen una concentración personalizada, la comparen con las curvas de absorbancia. Los parámetros para el acondicionamiento del agua incluyen fluoruro, cloro, amoníaco, manganeso, cobre, hierro, plata y zinc.

Para ayudarle a ahorrar espacio valioso en el laboratorio, el HI83308 funciona como un medidor de pH profesional y cuenta con una entrada de electrodo de pH/temperatura digital. Ahora se puede usar un solo medidor tanto para las mediciones fotométricas, como para el pH.

### Sistema óptico innovador

Ofrece un rendimiento incomparable para un fotómetro de sobremesa

### **Entrada de electrodo de pH digital**

Ahorre espacio valioso con un equipo que funciona como fotómetro y medidor de pH de laboratorio

### **Modo de medición de la absorbancia**

Permite verificar el rendimiento mediante los estándares CAL Check

### **Detalles**

El fotómetro HI83308 de sobremesa calcula 15 parámetros fundamentales sobre la calidad del agua utilizando 23 métodos diferentes. Este fotómetro cuenta con un sistema óptico innovador que utiliza LED, filtros de interferencia de banda estrecha, lentes de enfoque, un fotodetector de silicio para medir la absorbancia y un detector referencial que mantiene una fuente lumínica constante, lo que garantiza que, en cada ocasión, se realicen lecturas fotométricas precisas y repetibles.

El equipo HI83308 se desarrolló para medir los parámetros más frecuentes cuando se supervisa la calidad del agua ambiental. Uno de los parámetros más importante para comprobar la calidad del agua es el hierro, ya que este puede afectar su color, olor y turbidez; también puede ser el elemento que presenta más problemas para los equipos y superficies en contacto con el agua. Los altos niveles de hierro en el agua pueden obstruir tuberías de agua o los intercambiadores térmicos. Además, detectar el amonio en los sistemas de tratamiento de agua, es particularmente importante para los propietarios de acuarios y de granjas de peces, ya que el amonio es altamente soluble en agua y extremadamente tóxico para los peces. Otro parámetro importante que se monitoriza en la calidad del agua es el fluoruro, el cual se conoce más ampliamente por prevenir la caries dental; y si bien ayuda a prevenirla, poco flúor puede ser ineficaz, mientras que demasiado puede causar coloración de los dientes.

El equipo posee una entrada para un electrodo de pH digital, que permite al usuario medir el pH mediante un electrodo de vidrio convencional. El electrodo de pH digital incorpora un microchip dentro de la sonda, en el cual se guarda toda la información de calibración. Mantener almacenada esta información, permite la sustitución en caliente de los electrodos de pH sin necesidad de recalibrar. Todas las mediciones de pH con variaciones de temperatura, se estabilizan de forma automática gracias a un termistor que se ubica en la punta de un bulbo sensor, el cual ayuda a que la medición de temperatura sea rápida y precisa.

El HI83303 ofrece un modo de medición de la absorbancia que permite utilizar los criterios CAL Check para validar el rendimiento del sistema. En este modo, el usuario puede seleccionar 1 de las 5 longitudes de onda lumínicas (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm), medirla, marcar una concentración personalizada y compararla con el modo de absorbancia. Esto es de utilidad para aquellos usuarios que tienen su propio método químico y para que los educadores enseñen el concepto de absorbancia usando la ley de Beer-Lambert.

El HI83308 ofrece un modo de medición de la absorbancia que permite utilizar los criterios CAL Check para validar el rendimiento del sistema. En este modo, el usuario puede seleccionar 1 de las 4 longitudes de onda lumínicas (420 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm), medirla, marcar una concentración personalizada y compararla con el modo de absorbancia. Esto es de utilidad para aquellos usuarios que tienen su propio método químico y para que los educadores enseñen el concepto de absorbancia usando la ley de Beer-Lambert. En el equipo se proporcionan 2 puertos USB que se utilizan para

transferir datos a una unidad USB o a un computador, y también se usan como entrada de una fuente de energía para el medidor. Asimismo, para una mayor comodidad y portabilidad, el medidor funciona con una batería interna de polímero de litio de 3.7 VDC recargable.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Pantalla LCD gráfica de 128 x 64 píxeles con retroiluminación
  - La pantalla gráfica con retroiluminación permite una fácil visualización en condiciones de poca luz
  - La pantalla LCD de 128 x 64 píxeles, presenta una interfaz de usuario sencilla con teclado virtual y ayuda en pantalla, para brindar una guía al usuario sobre el uso del medidor
- Temporizador de reacción incorporado para realizar mediciones fotométricas
  - La medición se lleva a cabo una vez finaliza el temporizador
  - Para una mayor continuidad en las mediciones, se garantiza que, gracias al temporizador, todas las lecturas se realicen en los intervalos de reacción apropiados, independientemente del usuario
- Modo de la absorbancia
  - Este equipo cuenta con las cubetas CAL Check exclusivas de Hanna que validan la fuente lumínica y el detector
  - Estas cubetas permiten que el usuario marque la concentración o la absorbancia en una longitud de onda específica para usarse con los datos químicos proporcionados por el usuario o para el aprendizaje de los principios de la fotometría
- Unidades de medida
  - En la lectura se muestra la unidad apropiada de medida, junto con la forma química
- Conversión de resultados
  - Con solo presionar un botón, y de manera automática, el equipo adapta las lecturas a otras formas químicas
- Cubierta de la cubeta
  - Ayuda a evitar que la luz parásita afecte las mediciones
- Entrada del electrodo de pH digital
  - Mide el pH y la temperatura con solo una sonda
  - Utiliza los criterios de las buenas prácticas de laboratorio (GLP) que rastrea la información de calibración, inclusive la fecha, tiempo, búferes utilizados, offset y pendiente para determinar la trazabilidad
  - El sistema CAL Check de pH alerta al usuario sobre posibles problemas durante el proceso de calibración
  - Ahorro de espacio gracias a un medidor de pH y fotómetro en un solo equipo
- Registro de datos
  - Puede guardar hasta 1000 lecturas fotométricas y de pH, solo con presionar la tecla LOG. Las lecturas registradas se recuperan fácilmente al pulsar el botón RCL
  - Se puede utilizar un teclado alfanumérico para introducir la identificación de la muestra y del usuario
- Conectividad
  - Las lecturas registradas se pueden transferir de forma rápida y sencilla a una unidad USB utilizando el puerto USB-A, o trasladarlas a un computador usando el puerto microUSB-B
  - Todos los datos se exportan como un archivo .csv, el cual se puede utilizar con muchos programas de hoja de cálculo
- Indicador del estado de la batería
  - Indica la duración de batería restante
- Mensajes de error
  - Los mensajes de error del fotómetro incluyen: no hay tapa, cero alto y estándar demasiado bajo

- Los mensajes para calibrar el pH incluyen: limpiar el electrodo, comprobar el búfer y verificar la sonda

## FUNCIONES EN PANTALLA



### Selección del método

De forma sencilla, los usuarios pueden seleccionar cualquiera de los 60 métodos de medición solo presionando el botón METHOD.



### Registro de datos

Se pueden registrar hasta 1000 lecturas de medición con el usuario y la identificación de la muestra, los cuales se puede recuperar para utilizarlos en el futuro.



### Modo de medición del pH

Seleccionar el modo de medición del pH permite utilizar el fotómetro como un medidor de pH profesional que incluye muchas características como mediciones con compensación de temperatura, calibración automática en dos puntos y GLP.

### Sistema óptico innovador

El equipo HI83300 se diseñó con un sistema óptico innovador que incorpora un divisor de haz, cuya luz se puede utilizar en lecturas de absorbancia y como detector referencial; este último, supervisa la intensidad de la luz y la ajusta cuando ocurren desviaciones debido a la fluctuación de la energía o al calentamiento de los componentes ópticos. Cada pieza desempeña un papel importante al proporcionar un rendimiento sin precedentes para un fotómetro.



### **Fuente LED de alta eficiencia**

Una fuente LED ofrece un rendimiento superior cuando se compara con una lámpara halógena. La LED tiene una eficiencia de iluminación mayor, la cual proporciona una luminosidad superior mientras utiliza menos energía. También produce poco calor, lo que evita que los componentes ópticos y la estabilidad electrónica se vean afectados. La LED se encuentra disponible en una amplia gama de longitudes de onda, ya que, aunque se supone que las lámparas halógenas son de luz blanca (todas las longitudes de onda de la luz visible), en realidad tienen una salida pobre de luz azul/violeta.

### **Filtros de interferencia de banda estrecha para asegurar la calidad**

El filtro de interferencia de banda estrecha no solo garantiza una mayor precisión de la longitud de onda ( $\pm 1$  nm), sino que también es extremadamente eficiente. Los filtros que se utilizan en el equipo permiten que se transmita hasta 95% de LED en comparación con otros filtros que solo son eficientes en un 75%. Esta alta eficiencia garantiza una fuente lumínica más fuerte y brillante. El resultado final es una mayor estabilidad de medición y menor error en la longitud de onda.

### **Detector referencial para una fuente de iluminación estable**

Se utiliza un divisor de haz que forma parte del sistema interno referencial del fotómetro HI83300. El detector referencial equilibra cualquier desviación que pueda ocurrir debido a fluctuaciones de energía o cambios en la temperatura ambiental. Ahora puede confiar en una fuente de iluminación estable entre su medición en blanco (cero) y la medición de las muestras.

### **Mayor tamaño de la cubeta**

La celda de muestreo del HI83300 se ajusta a una cubeta de vidrio redonda con una longitud de trayectoria de 25 mm. Junto con los componentes ópticos avanzados, el tamaño más grande de la cubeta reduce de forma considerable, los errores de rotación que ocurren debido a la marca de referencia de las cubetas. La longitud de trayectoria relativamente larga de la cubeta de muestreo, permite que la luz pase por una mayor parte de la solución de muestra, lo que garantiza mediciones precisas, incluso en muestras de baja absorbancia.

### **Lente de enfoque para un mayor rendimiento lumínico**

La adición de un lente de enfoque al recorrido óptico, permite recolectar toda la luz que sale de la cubeta, y la concentra en el fotodetector de silicio. Este enfoque innovador sobre las mediciones fotométricas, elimina los errores que ocurren por los defectos y rayones que se encuentran en la cubeta de vidrio, lo que suprime la necesidad de indizar la cubeta.

## **Especificaciones**

### **Especificaciones**

Parámetro	Rango	Resolución	Precisión (a 25°C)	Método	Longitud de Onda	Código del Reactivo
Absorbancia	0.000 a 4.000 Abs	0.001 Abs	+/-0.003Abs @ 1.000 Abs			
Amonio, Rango Bajo	0.00 a 3.00 mg/L (como NH <sub>3</sub> -N)	0.01 mg/L	±0.04 mg/L ±4% de lectura	Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler.	420 nm	HI93700-01
Amonio, Rango Medio	0.00 a 10.00 mg/L (as NH <sub>3</sub> -N)	0.01 mg/L	±0.05 mg/L ±5% de lectura	Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler.	420 nm	HI93715-01
Amonio, Rango Alto	0.0 a 100.0 mg/L (como NH <sub>3</sub> -N)	0.1 mg/L	±0.5 mg/L ±5% de lectura	Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler.	420 nm	HI93733-01
Cloro Libre	0.00 a 5.00 mg/L (como Cl <sub>2</sub> )	0.01 mg/L	±0.03 mg/L ±3% de lectura	Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5	525 nm	HI93701-01
Cloro Total	0.00 a 5.00 mg/L (como Cl <sub>2</sub> )	0.01 mg/L	±0.03 mg/L ±3% de lectura	Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5	525 nm	HI93711-01
Cobre, Rango Bajo	0.000 a 1.500 mg/L (como Cu)	0.001 mg/L	±0.010 mg/L ±5% de lectura	Adaptado del Método EPA	575 nm	HI95747-01
Cobre, Rango Alto	0.00 a 5.00 mg/L (como Cu)	0.01 mg/L	±0.02 mg/L ±4% de lectura	Adaptado del Método EPA	575 nm	HI93702-01
Fluoruros, Rango Bajo	0.00 a 2.00 mg/L (como F)	0.01 mg/L	±0.03 mg/L ±3% de lectura	Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Método SPADNS	575 nm	HI93729-01
Hierro, Rango Bajo	0.000 a 1.600 mg/L (como Fe)	0.001 mg/L	±0.010 mg/L ±8% de lectura	Adaptado del Método TPTZ	575 nm	HI93746-01

Parámetro	Rango	Resolución	Precisión (a 25°C)	Método	Longitud de Onda	Código del Reactivo
Hierro, Rango Alto	0.00 a 5.00 mg/L (como Fe)	0.01 mg/L	±0.04 mg/L ±2% de lectura	Adaptado de EPA Método 315B Fenantrolina	525 nm	HI93721-01
Manganeso, Rango Bajo	0 a 300 µg/L (como Mn)	1 µg/L	±10 µg/L ±3% de lectura	Adaptado del Método PAN	575 nm	HI93748-01
Manganeso, Rango Alto	0.0 a 20.0 mg/L (como Mn)	0.1 mg/L	±0.2 mg/L ±3% de lectura	Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Método Periodato	525 nm	HI93709-01
Molibdeno	0.0 a 40.0 mg/L (como Mo6+)	0.1 mg/L	±0.3 mg/L ±5% de lectura	Adaptado del Método Ácido Mercaptoacético	420 nm	HI93730-01
Níquel, Rango Bajo	0.000 a 1.000 mg/L (como Ni)	0.001 mg/L	±0.010 mg/L ±7% de lectura	Adaptado del Método PAN	575 nm	HI93740-01
Níquel, Rango Alto	0.00 a 7.00 g/L (como Ni)	0.01 g/L	±0.07g/L ±4% de lectura	Adaptado del Método Fotométrico	575 nm	HI93726-01
Nitrato	0.0 a 30.0 mg/L (como NO <sub>3</sub> - N)	0.1 mg/L	±0.5 mg/L ±10% de lectura	Adaptado del Método de Reducción de Cadmio	525 nm	HI93728-01
Oxígeno Disuelto	0.0 a 10.0 mg/L (como O <sub>2</sub> )	0.1 mg/L	±0.4 mg/L ±3% de lectura	Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition. Método Winkler	420 nm	HI93732-01
pH	6.5 a 8.5 pH	0.1 pH	±0.1 pH	Fotómetro: rojo de fenol	525 nm	HI93710-01
Fosfato Marino, Rango Ultra Bajo	0 a 200 µg/L (como P)	1 µg/L	±5 µg/L ±5% de lectura	Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, Método Ácido Ascórbico	610 nm	HI736-25

## Especificaciones Generales

<b>Canales de entrada</b>	<b>1 entrada de electrodo de pH y 5 longitudes de onda del fotómetro</b>
Electrodo de pH	Electrodo de pH digital (no incluido)
Tipo de registro	Entrada opcional de registro sobre demanda con nombre de usuario e identificación de muestra
Memoria de registro	1000 lecturas
Conectividad	Receptor de USB-A a unidad USB; microUSB-B para conectar la fuente de energía y el computador
GLP	Datos de calibración para el electrodo de pH conectado
Pantalla	LCD de 128 x 64 píxeles retroiluminado
Tipo/vida de la batería	Batería recargable de polímero de litio de 3.7 VDC/>500 mediciones fotométricas o 50 horas de medición de pH continua
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente 5 VDC USB 2.0 con USB-A a cable de microUSB-B (incluido)
Ambiente	0 a 50.0 °C (32 a 122.0 °F); 0 a 95% RH, sin condensación
Dimensiones	206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8")
Peso	1.0 kg (2.2 libras)
Fuente lumínica del fotómetro/colorímetro	5 LED con filtros de interferencia de banda estrecha de 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm
Detector lumínico del fotómetro/colorímetro	Fotodetector de silicio
Filtro de paso de banda ancha	8 nm
Precisión del filtro de paso de banda ancha	±1 nm
Tipo de cubeta	24.6 mm, redonda
Número de métodos	128 máx.
Información sobre pedidos	El HI83308 se suministra con cubetas y tapas de muestreo (4 unidades), paño para limpiar las cubetas, conector de cable USB a microUSB, adaptador de corriente y manual de instrucciones.

## Accesorios

No Especifica



## Cómo pedir

HI83308 se suministra con cubetas y tapas de muestra (4 unidades), paño para limpiar cubetas, conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente y manual de instrucciones.

\* Tenga en cuenta que los reactivos no están incluidos

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica