

**Autosampler para
tituladores potenciométricos
automáticos**

HI 922

**Descripción**

El Autosampler HI 922 es un sistema de manejo de muestras para tituladores automáticos con capacidad de 18 o 12 vasos por bandeja, soporte para electrodos, agitador magnético o de hélice y soporte para la instalación de 3 bombas peristálticas y una de membrana. El autosampler está diseñado para ser usado en conjunto con el sistema de titulación potenciométrica automática HI 932, permitiendo así realizar múltiples análisis de manera rápida y sencilla.

Especificaciones

Ranuras para soporte de electrodo	Electrodos de 3x12mm	Bandejas	16 beakers x 150 mL (HI 920-11660)
	1 sensor de temperatura		18 beakers x 100 mL (HI 920-11853)
	1 tubo de aspiración		La etiqueta RFID incorporada transmite el tipo de bandeja y número serial para el Autosampler
	5 ranuras multipropósito (tubos de reactivo/titulante)	Beakers	Beakers cortos ASTM
	1 agitador		20 beakers plásticos (HI 920-060(120mL) encaja en la bandeja HI 920-11660)
Sensores de temperatura	HI 7662-A (incluido)		20 beakers plásticos HI 920-053 (100 mL) encaja en la bandeja HI 920-1853
Agitadores	Agitador magnético incorporado	Panel de control	Botones para operación manual de la bandeja y cabeza de titulación
	agitador de helice superior (opcional)		Operación manual de bombas peristálticas o bombas de membrana
Bomba peristáltica	Hasta 3 pueden instalarse		Información con lectores USB y código de barras, usando para nombrar las muestras
	Instale en las ranuras #1,2,3	Lector de código de barras	Compatible con lectores USB y código de barras, usado para nombrar las muestras
Bomba de membrana (para limpieza)	Instale en las ranuras #4	Almacenamiento de información	Hasta 40 bandejas para muestras (ej. 720 informes para 18 bandejas de beakers)

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

Con el Autosampler HI 922 es posible manejar hasta 18 muestras de manera consecutiva al conectarse con el Titulador HI 932. Para iniciar la secuencia se debe seleccionar el método desde la interfaz del Titulador, una vez se selecciona el método el usuario puede personalizar la secuencia de automatización para la secuencia de muestras. Los tamaños y nombres se pueden personalizar o completar con los valores actuales.

Un beaker puede utilizarse para propósitos de almacenamiento antes y después de las secuencias de titulación. Hasta 3

beakers en el plato pueden asociarse a la secuencia de limpieza, lo que permite remover las soluciones que son difíciles de limpiar durante cada titulación.

El progreso y los resultados de cada titulación pueden verse a través del Titulador HI 932. Los resultados de la muestra y gráficas pueden verse durante y después de que la titulación haya terminado.

Una vez la secuencia de titulación del >utosampler se completa, dos tipos de informes están disponibles para su revisión: una secuencia de reporte con una tabla con el nombre de cada muestra, posición del beaker, tamaño de la muestra, y el resultado del vaso; o un informe detallado de cada muestra, incluyendo la gráfica e información de titulación.

Bandeja de 16 o 18 vasos

El HI 922 es capaz de automatizar muestras con una bandeja de 16 o 18 muestras. La bandeja de 16 muestras cuenta con beakers de 150 mL, mientras que la bandeja de 18 muestras cuenta beakers de 100 mL. La bandeja está compuesta de materiales químicamente resistentes y se puede remover para facilitar su limpieza.

Agitador magnético incorporado

El agitador magnético está incorporado en la bandeja, por lo que el usuario solo requiere de una barra agitadora en cada vaso para asegurar la homogeneidad en las titulaciones. Un agitador de hélice puede instalarse si lo desea. El HI 922 permite al usuario ajustar fácilmente la velocidad de agitación tanto con el agitador incorporado y el agitador de hélice.

Etiqueta RFID e identificación IR

Las bandejas HI 922 cuentan con lectura RFID que es capaz de comunicar el tamaño de la bandeja y un número serial para cada paso. Los usuarios pueden tener múltiples vasos, cada uno establecido para un set específico de muestras. La identificación IR permitirá detectar la presencia o ausencia de los beakers en la bandeja. Los usuarios pueden escoger si el Titulador salta el vaso faltante o detiene la secuencia de titulación al encontrar este problema.

Soporte versátil para electrodos

El soporte de electrodos es capaz de soportar tres electrodos de 12 mm, sensor de temperatura, tubo de aspiración y cinco tubos multipropósito. Los tubos multipropósito pueden utilizarse para la adición de reactivos o la dosificación con buretas.

Bombas peristálticas y de membrana

Los usuarios pueden añadir hasta 3 bombas peristálticas y una de membrana con el sistema reemplazable de bombas del HI 922. Las bombas peristálticas utilizan plástico de alto rendimiento diseñado para resistir químicos agresivos, ofreciendo un flujo de hasta 200 mL/min, lo que permite la adición de reactivos, nivelación de la muestra y remoción de residuos. La bomba de membrana permite la conexión rápida de tuberías y un flujo de hasta 400 mL/min.

Video

No Especifica