

## Tampón de calibración GroLine pH 4.01 (120 ml)

HI 7004-012



## Descripción

HI 7004-012 es un tampón de calibración de pH 4.01 de alta calidad que es rastreable por NIST y se suministra con un certificado de análisis. Los tampones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de tampones de calibración técnica de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Precisión de +/- 0,02 pH @ 25°C
- Gráfico de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada botella

## Especificaciones

No Especifica

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

HI 7004-012 es un tampón de calibración de pH 4.01 de alta calidad producido de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978 usando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y cristalería Clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados tienen una precisión de +/- 0,02 pH a 25 ° C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST.

### **El HI 7004-012 se suministra con Certificado de Análisis**

- Código de producto
- Número de lote
- Valor medio del lote
- SRM que se utilizaron
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

### **Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del tampón de pH**

- Fácil de identificar diferentes valores de búfer
- La solución no contiene tintes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

## Video

No Especifica