

## Reactivos para fósforo de rango alto

HI93763A-50



## Descripción

Los HI93763A-50 son reactivos que siguen una adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-P C, Método del ácido vanadomolibdofosfórico para la determinación de fósforo de rango alto utilizando un fotómetro de mesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para la trazabilidad.

**Reactivos predosificados para facilitar el uso**

**Suministrado con certificado de calidad**

**Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad**

## Especificaciones

Más Información

SKU	HI93763A-50
-----	-------------

<b>Product Name</b>	Reactivos para Fósforo de Rango Alto - HI93763A-50
<b>Stock Status Message</b>	Ships within 5-10 Business Days
<b>Quote Required</b>	No
<b>Envase</b>	Viales
<b>Cantidad de Análisis</b>	50 viales (49 pruebas)
<b>Método</b>	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-P C, Método del ácido vanadomolibdofosfórico

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

El kit de reactivos HI93763A-50 contiene 50 viales listos para usar de HI93763A-0. Estos reactivos de alta calidad siguen una adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-P C, Método del ácido vanadomolibdofosfórico. En este método, la reacción entre el ortofosfato y el reactivo provoca un color amarillo en la muestra. La cantidad de fósforo se mide colorimétricamente. La intensidad del color se determina mediante un fotómetro compatible y la concentración se muestra en mg/L (ppm) de fósforo. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 32.6 mg/L (ppm) de fósforo.

Los viales de Hanna contienen reactivo predosificado de modo que el usuario simplemente necesita agregar una pequeña cantidad de la muestra para determinar la concentración. Con los viales predosificados, el tiempo de preparación de la prueba se reduce drásticamente y no hay un procedimiento de preparación de reactivos que requiera mucho tiempo ni una limpieza de la cristalería. Los viales y las tapas de los reactivos se han diseñado para evitar derrames accidentales de reactivos. Debido a los reactivos predosificados, también se minimiza la cantidad de químicos y el tiempo de manipulación.

## Video

No Especifica