

Solución de calibración pH 4.01, botella 500 ml

HI7004L/C



Descripción

El **HI7004L/C** es una solución de calibración pH 4.01 de calidad superior que es trazable por NIST y se suministra con un certificado de análisis. Los estándares de calibración HANNA tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de estándares de calibración de HANNA ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin destapar.

Especificaciones

Descripción	Solución de calibración estándar
Certificado de análisis	Si
Precisión de pH	±0.01 pH

Valor pH @ 25 °C	4.01
Envase	Botella
Cantidad de análisis	1
Tamaño	500 ml

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

El **HI7004L/C** está producido de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978, utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio de clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados tienen una precisión de +/- 0.01 pH @ 25 °C y son trazables según los Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.

-Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones: Garantiza la calidad y la pureza de la solución.

-Etiqueta codificada por colores para fácil identificación del valor del pH del tampón: La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH.

El certificado de análisis contiene:

- Código de producto
- Número de lote
- Valor medio del lote
- SRMs que se usaron
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Certificate of Analysis


Method of standardization:
This quality product is standardized using a meter and a specially designed multi-reference probe. Hanna standards are prepared from high purity salts and Deionized water for analytical use. 0.3696/0.0978g weighing balance periodically checked with certified weights and Class A glassware, in a temperature conditioned environment checked with certified thermometers. Reported values are traceable to NIST Standard Reference Materials (SRM). The undersigned hereby certifies the following data to be true specifications of the obtained results of the standard analysis.

Product code: HI5007-G0 Mean pot val: 7.00 ± 0.01 @ 25 °C Measurement unit: pH

Lot number: 6095 Expiry date: Mar 2018 Manufacturing date: 2013/05/16

SRM: 185h S.R.M and 186g / 186g SRM Ref. No: 16E31

Laboratory manager: Elena Lazăr Date of release: 2013/05/16



Video

No Especifica