

## Solución de Calibración de Conductividad 12880 $\mu\text{S/cm}$ , botella 1 gal<sub>n</sub> (3.78 L)

HI 7030/1G



### Descripción

La calibración adecuada del sistema de medición del sensor/instrumento asegurará que sus resultados sean precisos y repetibles. El uso de soluciones de calibración estándar es fundamental para la correcta calibración de un sistema de medición. Las soluciones de calibración de rangos de conductividad de HANNA han sido producidas para asegurar el máximo de efectividad para medidores de conductividad y sondas.

### Especificaciones

<b>Valor EC @25°C</b>	12880 $\mu\text{S/cm}$
<b>Tamaño</b>	1 galón (3.78 L)
<b>Empaque</b>	1 botella
<b>Botella FDA</b>	-
<b>Certificado</b>	a solicitud

### Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica