

HANNA Instruments Equipos Bolivia S.R.L. www.hannabolivia.com

Solución de Calibración de Conductividad 1413 µS/cm, 25 bolsitas 20 mL

HI 70031P



Descripción

La calibración adecuada del sistema de medición del sensor/instrumento asegurará que sus resultados sean precisos y repetibles. El uso de soluciones de calibración estándar es fundamental para la correcta calibración de un sistema de medición. Las soluciones de calibración de rangos de conductividad de HANNA han sido producidas para asegurar el máximo de efectividad para medidores de conductividad y sondas.

Especificaciones

Valor EC @25°C	1413 μS/cm
Tamaño	20 mL
Empaque	25 bolsitas
Certificado de análisis	-

Accesorios

No Especifica



Ficha Técnica del Producto Solución de Calibración de Conductividad 1413 μS/cm, 25 bolsitas 20 mL

HANNA Instruments Equipos Bolivia S.R.L. www.hannabolivia.com

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica